DATENBLATT

DERMAGRIP® ULTRA PLUS

Puderfreier Latexfreier Untersuchungshandschuh, unsteril

Bestellnummer	Größe: : XS S M L XL	D1400-28 D1401-28 D1402-28 D1403-28 D1404-28
Design und Merkmale		Beidhändig verwendbar, strukturierte Oberfläche an den Fingern und Rollrand
Typ		Puderfreier und unsteriler Untersuchungshandschuh
Material		100% Nitril (Acrylnitril-Butadien)
Farbe		Blau
Oberflächenbehandlung		Chlorinierung
Puderrückstände (mg/Handschuh)		Max. 2
Abmessungen (mm)	Größe: : XS S M L XL	Breite der Handinnenfläche / Länge (mm) <80 / Min. 270 80 ± 10 / Min. 270 95 ± 10 / Min. 270 110 ± 10 / Min. 270 ≥110 / Min. 270
Einfache Wandstärke (mm)	Finger Handinnenfläche Manschette	0.11 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.07 ± 0.02
Physikalische Eigenschaften	Zugfestigkeit (MPa) Dehnbarkeit (%) Reißkraft (N)	Vor Alterung: min. 14 / Nach Alterung: min. 14 : min. 500 / : min. 400 : min. 6 / : min. 6
Verpackung		200 Handschuhe (nach Gewicht) pro Dispenser (Ausnahme Gr. XL: 180 Handschuhe pro Dispenser) 10 Dispenser pro Versandkarton
Handschuhmarkierung		Keine Markierung.
Lotnummer		Struktur der Lotnummern: **YMMPPPPSS** Y = Verpackungsjahr MM = Verpackungsmonat P = Interne Referenznummer SS = Größe (00=XS, 01=S, 02=M, 03=L, 04=XL)
Mindesthaltbarkeit		5 Jahre ab Produktionsdatum
Qualitätsinspektion vor Verschiffung	Abmessungen Physikalische Eigenschaften 1000ml Wasserhaltetest Puderrückstand	N=13, Median N=13, Median G-I, AQL 1.5 N=5
Konformität des Produkts		• Medizinprodukt gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC (CE Klasse I): EN455 Teile 1, 2 ,3 & 4 • Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Richtlinie 89/686/EEC (Kategorie III, getestet nach EN420:2003+AI:2009, EN374-2:2003, EN374-3:2003 und EN388: 2003), CE 0086 • ASTM D6319
Qualitätssicherung		• BS EN ISO9001 • BS EN ISO13485 Qualitätssysteme • US FDA Quality System Regulation (QSR)

Die angegebenen Informationen dienen als Richtlinien der typischen Werte und Produkteigenschaften und sind nicht als tatsächliche Produkt-spezifikationen zu verstehen.