

PROF. DR. MED. H. - P. WERNER  
FACHARZT FÜR HYGIENE

Prof. Dr. H.-P. Werner · c/o HygCen GmbH · Bornhövedstr. 78 · D-19055 Schwerin

c/o HygCen Centrum für Hygiene und  
medizinische Produktsicherheit GmbH  
Bornhövedstraße 78  
D-19055 Schwerin  
Tel.: +49 (0)385 / 56 82 65  
Fax: +49 (0)385 / 56 82 67  
E-Mail: hpwerner@hygcn.de

AMPri GmbH  
Rolf-Uhrmacher-Allee 1a  
21435 Stelle

23.06.2010

## Mundschutz Med Comfort

### BEURTEILUNG

Die Prüfung des Mundschutzes „Med Comfort“ erfolgte gemäß den Anforderungen und Prüfverfahren für chirurgische Masken EN 14683:2005. Es wurden die Bakterielle Filterleistung (BFE), die Druckdifferenz und der Spritzwiderstand geprüft (siehe Prüfbericht SN 10464 vom 17.06.2010).

Aufgrund einer Bakteriellen Filterwirksamkeit von 99,6%, einer Druckdifferenz von 4,17 Pa / cm<sup>2</sup> und einer Spritzfestigkeit von  $\geq 120$  mm Hg kann der Mundschutz „Med Comfort“ entsprechend EN 14683 Tabelle 1: „Leistungsanforderungen für chirurgische Masken“ als Maske Typ IIR eingruppiert werden.



Prof. Dr. med. H.-P. Werner

**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
entsprechend  
der Richtlinie 2007/47/EG zur Änderung der Richtlinie 93/42/EWG  
für Medizinprodukte  
und  
der Richtlinie 89/686/EWG  
für Persönliche Schutzausrüstung

Wir,

**AMPri Handelsges.m.b.H**  
**Rolf-Uhrmacher-Allee 1a**  
**21435 Stelle**

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

- Med Comfort Mundschutz 3-lagig, Vlies, mit Bändern oder Gummizug in diversen Farben Art. 02201, 02101

den obigen Richtlinien entsprechen.

Stelle, den 15.12.2010

**AMPri**  
Handelsges. mbH  
Rolf-Uhrmacher-Allee 1a  
21435 Stelle  
Tel. 0417477187-0 • Fax 7187-17  
Stempel/Unterschrift